

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawę środków dezynfekcyjnych **z podziałem na 16 części**, którego ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 519615-N-2017 z dnia 2017-05-29 od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy SIWZ

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby, ulotki, metodyki, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej były dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej – do której Zamawiający będzie miał bezpłatny całodobowy dostęp?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy Załącznika nr 2 - część 1

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla kilku wybranych testów i podłoży z pakietu?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy Załącznik nr 2 część 1 pakietu nr 1 pozycja 12

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na podłoże konfekcjonowane po 200 ml w butelce z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań zgodnych z potrzebami Zamawiającego? Uzasadnienie: odczynniki konfekcjonowany po 100 ml będzie wycofany z oferty w ciągu najbliższych miesięcy, w związku z tym nie możemy zabezpieczyć odczynnika na cały okres trwania umowy.

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytania do umowy (zał. nr 4):

Pytanie: §8 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „opóźnienia instalacji przedmiotu zamówienia w wysokości 5 % wartości brutto stawki miesięcznej, za każdy dzień zwłoki,?”

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie: §8 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „braku serwisowania urządzeń w wysokości 5 % wartości brutto stawki miesięcznej, za każdy dzień zwłoki powyżej 48 godzin w dni robocze.?”

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytania do umowy (zał. nr 5):

Pytanie: §6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 5% wartości brutto umowy pozostałej do realizacji,?”

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie: §6 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie: §6 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 9: §6 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy SIWZ

Pytanie: Czy Zamawiający w kryterium "termin dostawy odczynników" wymaga podania terminu w pełnych dniach i nie dopuszcza podawania wartości ułamkowych?

Odpowiedź: **Zamawiający wymaga podania terminu dostawy w pełnych dniach.**

Dotyczy części nr 3

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga enzymatycznej ochrony przed kontaminacją która zabezpiecza przed kontaminacją amplikonami generowanymi przez oferowany test?

Odpowiedź: **Tak.**

Pytanie: Czy wymóg dotyczący możliwości umieszczania podłoża płynnego bezpośrednio w analizatorze dotyczy podłoża do cytologii płynnej?

Odpowiedź: **Tak.**

Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ

Pytanie: Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie: Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie: Par. 10 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz.

1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pytanie: Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Część Nr 7

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla kilku wybranych podłoży z pakietu wraz z towarem.

Dotyczy: Część Nr 10

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 5, 7, 10 produktów, które nie są wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla kilku wybranych podłoży z pakietu wraz z towarem.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nadruk na płytce zawierał skróconą nazwę pożywki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wielkości opakowania na certyfikacie kontroli jakości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Części nr 11 – krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe - Formularz asortymentowo-cenowy

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga aby krążki z antybiotykami i szczepy wzorcowe pochodziły od jednego producenta w celu standaryzacji procedur wewnętrznej kontroli jakości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji 20 mikroorganizmów konfekcjonowanych w opakowaniach zawierających po 10 lub po 25 sztuk liofilizowanych krążków.

Odpowiedź: Zamawiający określił wielkość opakowania „nie większe niż 10 sztuk”.

Opakowania po 25 sztuk są za duże na potrzeby Zamawiającego.

Marianna Sokołowska
p.o. dyrektora