

Zamawiający:  
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy  
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową  
ul. Św. Rocha 3  
15-879 Białystok  
tel/fax. 85 742 36 30

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy postępowania: o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 134 tys. euro na **Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawę środków dezynfekcyjnych. Znak: ZP-2/2015.**

Dotyczy: **Części Nr 2:** odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR.

**Pytanie:**

Odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR, w pozycji 2 Zestaw odczynnikowy oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) do wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w punkcie 4 możliwość wykrywania 14 genotypów wysokiego ryzyka (HR): z oddzielną identyfikacją typu 16 oraz 18 i wykrywaniem pozostałych 12 typów: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68 wirusa HPV zamawiający zezwoli na zaoferowanie zestawu:

Zestaw odczynników oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) do wykrywania DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) z możliwością wykrywania, ilościowania i genotypowania wszystkich 14 genotypów wysokiego ryzyka (HR): z 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68 wirusa HPV?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie:**

Odczynniki i dzierżawa analizatorów do oznaczania DNA: Chlamydia trachomatis, wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i Mycoplasma genitalium metodą RT-PCR, w pozycji 4 Dzierżawa analizatora z oprogramowaniem do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w technologii Real-time PCR PARAMETRY ANALIZATORA DO AUTOMATYCZNEJ IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH W TECHNOLOGII REAL-TIME PCR w punkcie 4 parametrów/warunków "Automatyczny analizator wyposażony w komputer, monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania ,, , czy zamawiający zezwoli na zaoferowanie automatycznego analizatora do izolacji kwasów nukleinowych wyposażonego w wbudowany komputer i wyświetlacz i nie posiadającego na wyposażeniu drukarki, która jest zbędna do prawidłowego działania zestawu?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga zestawów zawierających enzymatyczną ochronę przed kontaminacją amplikonami powstającymi w oferowanych testach?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie:**

Cz Zamawiający wymaga aby aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w technologii Real-time PCR (pozycja 4) oraz aparat do automatycznej amplifikacji i detekcji

sekwencji kwasów nukleinowych w technologii Real-time PCR (pozycja 5) były sterowane jednym zintegrowanym oprogramowaniem i wymaga zaoferowania jednego komputera, monitora i drukarki do sterowania obydwoma aparatami?

**Odpowiedź: TAK**

**Dotyczy części nr 2, pozycji IV, punktu 1 i dotyczy części nr 2 punktu 3 tabeli.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zestaw do wykrywania DNA Mycoplasma genitalium oparty na technologii PCR w czasie rzeczywistym (Real-time PCR) nie posiadał certyfikatu CE-IVD?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy: Wzoru umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Pytanie:**

Par.8. Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie:**

Par. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy: Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ**

**Pytanie:**

Par. 4 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia brzmienia zapisu w paragrafie 4 ust. 1.**

**Pytanie:**

Par. 6. Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie:**

Par. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

p.o. dyrektora Marianna Sokołowska

Zatwierdzam