

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy  
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową  
ul. Św. Rocha 3  
15-879 Białystok  
tel/fax. 85 742 36 30

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania: o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 134 tys. euro na **Dostawę testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawę środków dezynfekcyjnych. Znak: ZP-1/2015.**

### *Pytania z dnia 2015-04-20*

Dotyczy: **Części Nr 1:** odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora.

#### **Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu podłoży gotowych poz. 5-17, 20-27 oraz krążków poz. 41-50 i utworzy dla nich odrębne zadanie tematyczne? Pozwoli to na udział większej liczbie Oferentów i uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający opublikował w BZP „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” w dniu 2015-04-20 Nr 88910-2015 wydzielające dodatkową Część nr 18 o nazwie: krążki do oznaczania lekowrażliwości zawierającą wydzielone z Części Nr 1 krążki z pozycji 41-50.

W/w zmiany udostępnione są na stronie internetowej: [www.std.bialystok.pl](http://www.std.bialystok.pl) w zakładce BIP – Przetargi i ogłoszenia.

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielenie z Części Nr 1 podłoży gotowych poz. 5-17 i 20-27.

Dotyczy: **Części Nr 12:** Podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów oporności.

#### **Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 podłoża o składzie zgodnym z załączoną metodyką?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

### *Pytania z dnia 2015-04-21*

#### **Dotyczy: SIWZ pkt 6.2.3.**

**Pytanie:** Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków, jeśli Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie w przypadku gdy oferowany przedmiot nie zawiera w swoim składzie substancji niebezpiecznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w punkcie 6.2.3. SIWZ określił: „Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub preparatów niebezpiecznych dla produktów posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne...” w związku z tym Zamawiający nie wymaga dla substancji nie posiadających w swoim składzie substancji niebezpiecznych dodatkowych oświadczeń.

**Dotyczy: Części Nr 5:** test TPHA.

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test hemaglutynacyjny w surowicy – zgodnie z załączoną metodyką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Dotyczy: Części Nr 7:** podłoże do hodowli *Trichomonas vaginalis*.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza podłoże do hodowli *Trichomonas vaginalis* w probówkach 12x80 mm o pojemności 2 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytania z dnia 2015-04-22**

**Dotyczy: Części Nr 7:** Podłoże do hodowli *Trichomonas vaginalis*.

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Dotyczy: Części Nr 12:** Podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów oporności.

**Pytanie:** Czy Zamawiający w pozycji nr 10 oczekuje podłoża dwusekcyjnego BHI Agar z gentamycyną/BHI Agar ze streptomycyną?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby nadruk na płytce zawierał skróconą nazwę pożywki?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie:** Czy Zamawiający mógłby doprecyzować miejsce składania ofert przesyłanych drogą pocztową?

**Odpowiedź:** Zamawiający w punkcie 7.13. SIWZ określił adres, na który mają być kierowane oferty i ich opis. Zamawiający nie wymaga innych informacji na kopercie z ofertą.

**Dotyczy: Części Nr 1:** odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora.

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty materiałów informacyjnych załączonych do oferty osobno w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do umowy wydrukowanych kart charakterystyk substancji niebezpiecznych – dla odczynników, których to dotyczy oraz odstąpi od wymogu dostarczania ich wraz z pierwszą dostawą?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Dotyczy: Części Nr 1:** odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora, pozycja nr 38.

**Pytanie:** Czy nie nastąpiła pomyłka w określeniu jednostki miary i Zamawiający w tej pozycji oczekuje wyceny 2 opakowań (nie sztuk) w jednostkowych opakowaniach testów nie większych niż 5 ml ?

**Odpowiedź: Tak.** Zamawiający oczekuje wyceny 2 opakowań (nie sztuk) w jednostkowych opakowaniach testów nie większych niż 5 ml.

**Dotyczy: Wzoru umowy dzierżawy analizatorów – Załącznik Nr 4.**

**Pytanie:** § 6 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Naprawa w ramach serwisu technicznego nastąpi w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia zgłoszenia Wydzierżawiającemu awarii” ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę.**

**Pytanie:** § 8 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „opóźnienia instalacji przedmiotu zamówienia w wysokości 5 % wartości brutto stawki miesięcznej za każdy dzień zwłoki” ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie:** § 8 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „braku serwisowania urządzeń w wysokości 5 % wartości brutto stawki miesięcznej za każdy dzień zwłoki powyżej 48 godzin w dni robocze” ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę na zapis:** „braku serwisowania urządzeń w wysokości 10 % wartości brutto stawki miesięcznej za każdy dzień zwłoki powyżej 48 godzin w dni robocze”.

**Pytanie:** § 8 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wydzierżawiający ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy z przyczyn określonych w § 9 pkt 2 umowy” ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Dotyczy: Wzoru umowy dostawy – Załącznik Nr 5.**

**Pytanie:** § 6 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 5 % wartości brutto umowy pozostałej do realizacji” ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie:** § 6 ust. 1 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3% ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie:** § 6 ust. 1 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3% ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

**Pytanie:** § 6 ust. 1 lit. d - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3% ?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody.**

p.o. dyrektora Marianna Sokołowska

Zatwierdzam