

ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
ul. Stołeczna 2B, 15-879 Białystok
Tel. 85 744 52 71, 742 36 30; www.std.bialystok.pl
m.sokolowska@std.bialystok.pl

Białystok, dn. 24.08.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych**”, oznaczenie postępowania: **ZP-1/2021**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie do SWZ

1. Część nr 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę zawierające „numer katalogowy” oferowanego produktu, w celu usprawnienia procesu realizacji zamówień?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody gdyż miejsce na wpisanie nr katalogowego zostało wskazane w kolumnie 2 której nagłówek brzmi: „Nazwa handlowa, numer katalogowy”.

Pytania do Umowy dostawy:

2. § 3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia umownego na: „Stołość cen brutto ustala się na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 6”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

3. § 6 ust. 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy na zasadzie art. 436 pkt 3 maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony określając jednocześnie wysokość jako 20% wartości netto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ustępu 3 w § 6 w brzmieniu: „3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wartości umowy netto.”

4. § 7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na uzupełnienie braków ilościowych do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. § 5 ust. 4 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z okresem obowiązywania umowy przekraczającym 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający w § 5 projektu Umowy dostawy (Załącznik nr 5 do SWZ) wprowadza ust. od 4 do 10 w następującym brzmieniu:

„4. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:

- a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu;
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy

5. W przypadku określonym w ust. 4 lit b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek może zawierać jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Wzrost wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie będą konieczne do dostosowania ich wysokości do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego.

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności określonej w ust. 4 lit c i d) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, składa on pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 lit. c i d) na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek może zawierać jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 4 lit. c i d).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wniosków Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 i 6, w szczególności w sytuacji niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 lit. b), c) i d) na koszty wykonania zamówienia.

8. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosków Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 i 6 zostanie sporządzony stosowny aneks do przedmiotowej umowy.

9. Zgodnie z zapisami wskazanymi w ust. 4 -6 w przypadku dokonywania waloryzacji Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) określenia procentowego udziału zmian, o których mowa w ust. 4 pkt b) i/lub c) i/lub d) – w stosunku do wartości brutto zamówienia (procentowy wskaźnik zmiany);
- b) przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wskaźnika wskazanego w pkt a);
- c) przedstawienie Zamawiającemu szczegółowych wyliczeń wraz z dowodami, potwierdzającymi zasadność wprowadzenia zmian do umowy;

10. Zamawiający zobowiązany jest do:

- a) dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność wprowadzenia zmiany do umowy;
- b) w przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub dokonania stosownych zmian;

c) przy akceptacji wyliczeń popartych dowodami, sporządzenia aneksu wprowadzającego nowe, zwaloryzowane wartości, nowe ceny jednostkowe, uwzględniające waloryzację obowiązywać będą od daty wejścia w życie stosownego przepisu regulującego zmiany wskazane w ust. 4 pkt b), c) i d).”

Pytania do Umowy dzierżawy:

6. § 9 ust. 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy na zasadzie art. 436 pkt 3 maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony określając jednocześnie wysokość jako 20% wartości netto umowy.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ustępu 2 w § 9 w brzmieniu:
„2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wartości umowy netto.”

Dotyczy Części 8

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę żeby przedmiotowe środki dowodowe dostarczone były w języku angielskim?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę w przypadku produktów nie będących wyrobami medycznymi

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktów nie będących wyrobami medycznymi, a tym samym usunie z umowy zapisu § 1 pkt. 4, § 6 pkt. 1c oraz § 7 pkt.5?

Odpowiedź: Zamawiający dla produktów nie będących wyrobami medycznymi wymaga w **Załączniku nr 7** do SWZ wypełnienia pkt 2, który brzmi:

2. asortyment wymieniony w Części nr / pozycji nr
nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny* zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i **w związku z tym cytowanej ustawy nie stosuje się;**

ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
ul. Stołeczna 2B, 15-879 Białystok
Tel. 85 744 52 71, 742 36 30; www.std.bialystok.pl
m.sokolowska@std.bialystok.pl

Białystok, dn. 27.08.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych**”, oznaczenie postępowania: **ZP-1/2021**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące części nr 11:

1. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm, wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i pratkobójcze – 15 min.; grzybobójcze – 5 min. wirusobójcze- Rota – 5 min.; HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Noro – 15 min., Adeno – 30 min. w stężeniu od 0,5%? Pozostałe wymagania zgodnie z załączona ulotką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat.

2. Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecyłodimetyloamonu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat.

ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
ul. Stołeczna 2B, 15-879 Białystok
Tel. 85 744 52 71, 742 36 30; www.std.bialystok.pl
m.sokolowska@std.bialystok.pl

Białystok, dn. 27.08.2021 r.

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych**”, oznaczenie postępowania: **ZP-1/2021**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę w Części Nr 4 [testy VDRL...] na odstąpienie od wymogu dostarczenia w zestawie buforowanego roztworu chlorku sodu ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę w Części Nr 4 [testy VDRL...] na dopuszczenie i zaoferowanie opakowania - 1 ampułka po 4,5 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dotyczące Pakietu nr 5:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 100 oznaczeń w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań zgodnie z wymogiem Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.